


## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

**ZADAVATEL:** Bílovecká nemocnice, a.s.  
**Sídlem:** 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec  
**Zastoupený:** Ing. Pavel Bědajánek - ředitel  
**IČ:** 26865858

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**“MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V  
BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.”**



Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

### Dotazy uchazeče č. 1:

#### Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci u položky Postel – změna výšky je uvedeno podélné a příčné polohování roštu postele umožňující laterální náklon ložné plochy (pacienta).

Laterální náklon lůžka se využívá pro snadnější manipulaci a ošetřování pacientů. Tento náklon se i z bezpečnostních důvodů používá do 15°. Dále je možno laterální náklon využít jako prevenci ventilačních problémů u pacientů v kritickém stavu. V tomto případě se používá laterální náklon až do 30°. V tomto případě je ale nutná fixace pacienta k lůžku.

**„Jakou úroveň laterálního náklonu ložné plochy lůžka zadavatel požaduje?“**

#### Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci u položky Postel – změna výšky je uvedena barva olše, dezén viditelných kovových částí v barvě olše.

**„Může uchazeč nabídnout podobný dekor lůžka buk a dezén kovových konstrukcí v barevném provedení RAL dle vzorníku?“**

### Vyjádření k dotazům uchazeče č. 1:

Úvodem zadavatel upřesňuje, že výše specifikované dotazy se vztahují k V. části veřejné zakázky – lůžka a matrace, položka rozpočtu číslo 2. postel – změna výšky.

#### Vyjádření k dotazu č. 1

**Zadavatel blíže nespecifikuje požadovaný rozsah laterálního náklonu a uchazeče tímto nelimituje.**

#### Vyjádření k dotazu č. 2

**Zadavatel trvá na dodržení požadované barvy a dezénu, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.**

#### **Dotazy uchazeče č. 2:**

##### Dotaz č. 1

v zadávací dokumentaci u položky č. 2 Postel – změna výšky zadavatel uvádí tyto minimální požadované parametry: podélné a příčné polohování roštu postele umožňující laterální náklon ložné plochy (pacienta). Abychom předešli možnému dvojímu výkladu této specifikace, což by mohlo mít za následek neporovnatelné nabídky a zrušení soutěže, žádáme zadavatele o upřesnění, že rozumíme správně, že zadavatel požaduje lůžko umožňující laterální polohování celé ložné plochy, nikoli pouze lůžko s polohováním segmentu postele.

##### Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci zadavatele není uvedeno, zda položky 1 až 6 musí být zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů. Rozumíme tomu správně, vzhledem k použití těchto prostředků ve zdravotnickém zařízení, že zadavatel vyžaduje, aby zmíněné položky byly certifikovány jako zdravotnický prostředek ve smyslu uvedeného zákona? Požaduje zadavatel doložení této skutečnosti v nabídce?

##### Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci zadavatele není uvedeno, zda u položek 1 až 3 (zdravotnická lůžka) zadavatel vyžaduje shodu s českou technickou normou ČSN EN 60601-2-52: 2010 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek, nebo mohou uchazeči nabídnout lůžka, která neplní tyto evropské bezpečnostní standardy a jejich použití ve zdravotnickém zařízení může být potenciálně nebezpečné. Předpokládáme, že vzhledem k použití lůžek ve zdravotnickém zařízení zadavatel požaduje výhradně lůžka ve shodě s uvedenou normou. Je tento předpoklad správný?

#### **Vyjádření k dotazům uchazeče č. 2:**

Úvodem zadavatel upřesňuje, že výše specifikované dotazy se vztahují k V. části veřejné zakázky – lůžka a matrace, položka rozpočtu číslo 2. postel – změna výšky.

##### Vyjádření k dotazu č. 1

**Zadavatel požaduje lůžko umožňující laterální polohování jednotlivých segmentů roštu.**

##### Vyjádření k dotazu č. 2

**Ano, uchazeč tomu rozumí správně.**

**Zadavatel v zadávací dokumentaci, článek 25 – ABSOLUTNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE, odstavec 3. uvádí:**

*„Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR. Povinností dodavatele je při realizaci dodávky poskytnout ke každému zboží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (např. zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).“*

Podpořeno z programu švýcarsko – české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2

Registrační číslo sub-projektu: CH.10/1/007

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem je zdravotnické zařízení, Bílovecká nemocnice, a.s. a předmět dodávky bude sloužit k poskytování služeb pacientům v této nemocnici, je zapotřebí, aby byly veškeré výrobky k tomuto účelu schváleny a splňovaly normy a předpisy k těmto se vztahující.

Uchazeč nemusí v nabídce předkládat žádné certifikáty ani prohlášení o shodě. Povinnost poskytnout příslušné doklady se vztahuje pouze k vítěznému uchazeči, který musí objednateli spolu s dodávaným zařízením poskytnout veškeré předepsané doklady, viz. ustanovení vzoru smlouvy, článek 2.3. a 2.6.

Vyjádření k dotazu č. 3

Ano, uchazeč tomu rozumí správně.

Zadavatel v zadávací dokumentaci, článek 25 - ABSOLUTNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE, odstavec 3. uvádí:

*„Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR. Povinností dodavatele je při realizaci dodávky poskytnout ke každému zboží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (např. zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).“*


S ohledem na skutečnost, že zadavatelem je zdravotnické zařízení, Bílovecká nemocnice, a.s. a předmět dodávky bude sloužit k poskytování služeb pacientům v této nemocnici, je zapotřebí, aby byly veškeré výrobky k tomuto účelu schváleny a splňovaly normy a předpisy k těmto se vztahující.

Uchazeč nemusí v nabídce předkládat žádné certifikáty ani prohlášení o shodě. Povinnost poskytnout příslušné doklady se vztahuje pouze k vítěznému uchazeči, který musí objednateli spolu s dodávaným zařízením poskytnout veškeré předepsané doklady, viz. ustanovení vzoru smlouvy, článek 2.3 a 2.6.

v Bílovci dne 25. 05. 2016

S pozdravem

  
Ing. Pavel Bědajánek - ředitel



Miroslav  
Švancar

Digitálně podepsal Miroslav  
Švancar  
DN: c=CZ, o=Miroslav Švancar  
[IČ 62340701], ou=1,  
cn=Miroslav Švancar,  
serialNumber=P340068  
Datum: 2016.05.25 11:38:04  
+02'00'

