


DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

ZADAVATEL: Bílovecká nemocnice, a.s.
Sídlem: 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Ing. Pavel Bědajánek - ředitel
IČ: 26865858

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**“MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V
BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.”**



Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Dotazy uchazeče č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v části 2 „Rehabilitace – stoly, lehátka“ uvádí u položky č. 6 „Balanční plošina“ následující specifikaci:

- *minimální rozměry 100x70x35 cm (+/- 10%)*
- *možnost pohybů do všech směrů.*

Obdélníkový půdorys se vyrábí buď jako obdélníková nestabilní plošina, která ovšem nesplňuje ani zadané rozměry ani možnost pohybu do všech stran nebo jako válcová úseč, která nesplňuje druhá uvedený technický požadavek.

Možnost pohybu do všech stran splňuje pouze kruhová balanční plošina, ta se ovšem vyrábí s rozměry: průměr 45 cm, výška minimálně 20 cm.

Chápe uchazeč správně, že zadavatel specifikací vymezil terapeutický účel v souladu s ustanovením zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách § 45 a § 46, a že tedy obdobné technické řešení, které splňuje terapeutický účel je přípustné a zadavatel bude akceptovat nabídku kruhové balanční plošiny s průměrem 45 cm a výškou 20 cm?

Vyjádření k dotazům uchazeče č. 1:

Zadavatel před zahájením předmětného výběrového řízení opakovaně provedl průzkum trhu za účelem ověření dostupnosti požadovaného vybavení.

Při specifikaci předmětného výrobku došlo ze strany uchazeče pravděpodobně k nepochopení uvedených rozměrů.

Hodnota 100 cm určuje minimální výšku výrobku (zábradlí), hodnoty 70 a 35 cm určují minimální rozměr základny výrobku. Zadavatel neurčuje, zda má být výrobek čtvercového či obdélníkového půdorysu. Pouze stanovuje minimální hodnoty tak, aby nebyl omezován okruh případných uchazečů.

Požadovaný rozměr je zadavatelem stanoven jako minimální, jakýkoliv větší rozměr je přípustný. U minimálního rozměru má uchazeč k dispozici toleranční rozsah +/- 10%.

K dokreslení požadavku zadavatele uvádíme vzorový výrobek, který je uchazeč oprávněn nahradit jakýmkoliv obdobným ekvivalentem, v souladu s ustanovením zadávací dokumentace, článek 8. Vymezení předmětu veřejné zakázky“.


Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvádí konkrétní názvy či konkrétní označení výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel připouští pro plnění předmětné veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li tedy v zadávacích podkladech uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen stejně kvalitní nebo kvalitnější alternativou.

Příklad výrobku:

Léčebný přístroj – balanční plošina POSTUROMED se zábradlím, který se skládá z labilní čtvercové nášlapné plochy se dvěma brzdami a z rámu, jehož se pacient může přidržet při ztrátě stability.

Jakmile pacient vstoupí na labilní plochu výrobku, plocha se vychyluje tím více, čím je pacientův postoj nestabilnější.

Labilita stojné plochy se reguluje brzdovými systémy.



Tento výrobek se nabízí v rozměru 85x85 cm, což převyšuje stanovený minimální rozměr, výška zábradlí převyšuje limit 100 cm.

Dotazy uchazeče č. 2:

Dotaz č. 1 k položce Stůl trojdílný, dva motory 80cm, otvor, držák papíru

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro „Stůl trojdílný, dva motory 80 cm, otvor, držák papíru“ požaduje dva motory, kdy jeden zajišťuje zdvih lehátka, u druhého motoru není specifikace, s čím má pohybovat. Jedná se o polohování nožní části lehátka? Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že u tohoto stolu se jedná o velmi nepraktické řešení nejen kvůli ceně.

Dotaz č. 2 k položce Pojízdné klozetové a sprchovací křeslo

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro „Pojízdné klozetové a sprchovací křeslo“ požaduje kovová konstrukce, polstrovaný sedák s výřezem, plastová toaletní nádoba s víkem, kolečka s brzdou, odklopné boční a přední područky, nosnost min. 130 Kg (+/- 10%), 5ks plastová konstrukce – sedák s kruhovým výřezem z PU pěny, plastová toaletní nádoba s víkem. Může zadavatel upřesnit, co je myšleno označením „přední i boční područky“?

Dotaz č. 3 k položce Roller

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro „Roller“ požaduje skládací, antibakteriální a antistatický materiál, nosnost min. do 150Kg (+/- 10%). Může zadavatel blíže upřesnit požadavek na počet koleček, požadavek na brzdy a příslušenství např. sedátko, opěrka a nákupní taška apod.

Dotaz č. 4 k položce jídelní sada pro hendikepované (přístroje s úchopem, talíř s hranou), sada

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje dodání položky „jídelní sada pro hendikepované (přístroje s úchopem, talíř s hranou), sada“. Může zadavatel blíže upřesnit požadavek na skladbu jídelní sady, co se týče požadovaných počtů v jedné sadě.

Dotaz č. 5 k položce prodlužovací podavač

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje dodání položky „prodlužovací podavač“. Může zadavatel blíže upřesnit požadavek na dosah a otočnost čelistí této položky?

Dotaz č. 6

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje dodání položky „nástavec na klozetové sedátko pro hendikepované“. Může zadavatel blíže upřesnit požadavek na výšku, požadavek poklopu a počet fixačních šroubů či případnou přesnost této položky.

Dotaz č. 7

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje dodání položky „pomocná páska k ruce“. Může zadavatel blíže upřesnit, co je pod označením názvem přesně požadováno.

Dotaz č. 8

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro „Podsedák s trnem“ požaduje jádro z PUR pěny, potah snímatelný, voděodolný, antibakteriální, upevnění pomocí šňůrek na bocích. Uchazeči není tato položka známa, může zadavatel blíže upřesnit požadavek na vzhled této položky?

Vyřádění k dotazům uchazeče č. 2:

Vyřádění k dotazu č. 1:

Jeden motor zajišťuje výškové nastavení stolu a druhý motor nastavení nožní části.

Vyřádění k dotazu č. 2:

Boční područky jsou standardní opěrky na ruce po bocích křesla. Přední područka je vzpěra mezi bočními područkami (jako u dětských židlí, houpaček apod.), která je výklopná, případně kompletně odnímatelná, nasazovací.

Vyřádění k dotazu č. 3:

Blíže nespecifikované požadavky nejsou zadavatelem nijak limitovány a omezovány.

Vyřádění k dotazu č. 4:

Standardní jídelní sada obsahuje: 1ks lžíce, 1ks vidlička, 1ks nůž a 1ks talíř s hranou.

Vyřádění k dotazu č. 5:

Blíže nespecifikované požadavky nejsou zadavatelem nijak limitovány a omezovány.

Vyřádění k dotazu č. 6:

Blíže nespecifikované požadavky nejsou zadavatelem nijak limitovány a omezovány.

Vyřádření k dotazu č. 7:

Pomocná páska k ruce je zdravotnická pomůcka, která vypadá jako „mobilní sádra či ortéza“ a pacientovi se přikládá jako prevence proti spasticitě ruky a kontrakturám. Je to páska na zpevnění ruky.

Vyřádření k dotazu č. 8:

Podsedák s trnem je zdravotnická pomůcka umožňující lepší fixaci hendikepované osoby v křesle či na židli. Podsedák má v místě rozkroku tzv. trn (výplň), která omezuje sklouzávání sedící osoby.

v Bílovci dne 01. 06. 2016

S pozdravem

V. Z. Nym

Ing. Pavel Bědajánek - ředitel



BÍLOVECKÁ
NEMOCNICE, a.s.

Bílovecká nemocnice, a.s.
17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
IČ: 26865858 DIČ: CZ26865858

1